

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 30.11.2018

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1 (360):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

HIV-1 (RNA) - quantitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:  
58969  
Dr. med. Tobias Glaunsinger  
Praxis Prenzlauer Berg - Dr. Tobias Glaunsinger  
Danziger Str. 78B  
10405 Berlin

Düsseldorf, 22.01.2019



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt  
(Ringversuchsleiter)

# TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 30.11.2018

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

---

**Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1 (360):**

HIV-1 (RNA) - quantitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:  
58969  
Dr. med. Tobias Glaunsinger  
Praxis Prenzlauer Berg - Dr. Tobias Glaunsinger  
Danziger Str. 78B  
10405 Berlin



Düsseldorf, 22.01.2019

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt  
(Ringversuchsleiter)

## Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

58969: Dr. med. Tobias Glaunsinger  
Praxis Prenzlauer Berg - Dr. Tobias Glaunsinger

Ringversuch vom 30.11.2018

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt**  
 Institut für Qualitätssicherung in der  
 Virusdiagnostik - IQVD  
 Potsdamer Chaussee 80  
 14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300  
 Fax: +49 30 8105 4303  
 Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

**360**

### Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1

HIV-1 (RNA) - quantitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller				
Xpert HIV-1 Viral Load	Kopien/ml	PCR / NAT (395)	CEPHEID (CI)				
Ergebnis (quant)	Probe	Ihr Wert	untere Grenze	obere Grenze	ZW-Art	Zielwert	Kriterien erfüllt
	360137	18100	4064	64418	gSW	16181	+
	360138	0.000	0.000	0.000	gSW	0.000	+
	360139	5230	1284	20351	gSW	5112	+
	360140	410	124	1971	gSW	495	+

